



DPD, celkový chlor, reagencie, polštářky s práškem, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

1406428

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro stanovení celkového chloru metodou DPD. Přijato organizací USEPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro hlášení analýzy pitné vody a odpadní vody pomocí metody Hach 8167.

Rozsahy: Nízký rozsah: až do - 2,00 mg/L; Střední rozsah: 0,05 - 4,00 mg/L; Vysoký rozsah: 0,1 - 10,0 mg/L. Velikost vzorku: Nízký rozsah - 25 mL. Střední rozsah: 10 mL. Vysoký rozsah: 5 mL.

Balení po 1 000 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Číslo metody:	10070
Název metody:	DPD
Parameter:	Celkový chlor, brom, jód
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	1000
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Rozsah měření:	25 mL
Rozsah měření (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno