

Swiftest Dávkovač a vialka s činidlom DPD pre stanovenie voľného chlóru

Kat. číslo produkta: **2802300**

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie celkového chlóru pomocou metódy DPD, 0,02 - 2,00 mg/l Cl_2.

Technické údaje

Číslo metódy:	8021
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, voľný
Platforma:	Swiftest
Počet testov:	Přibližně 250
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2