

Reagenčná súprava na stanovenie oxidu chloričitého, 0,01 – 1,00 mg/l ClO2

Kat. číslo produkta: **2242300**

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás



Na stanovenie oxidu chloričitého, metóda červeného chlorofenolu. Pre 50 ml vzorku. 100 testov.

Technické údaje

Číslo metódy:	8065
Názov metódy:	Červený chlorofenol
Parameter:	Oxid chloričitý
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR 900, PC II
Rozsah merania:	0,01 - 1,00 mg/L ClO_2