



Reagenčná súprava na stanovenie oxidu chloričitého, 0,04 – 5,00 mg/l ClO₂

Kat. číslo produktu:

2770900

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Na stanovenie oxidu chloričitého, metóda DPD/glycín. Pre 10 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	10126
Názov metódy:	DPD/glycín
Parameter:	Oxid chloričitý
Počet testov:	100
Prístroj:	Celkom
Rozsah merania:	0,04 - 5,00 mg/L ClO ₂
Soulad s EPA:	Áno