Reagencia na stanovenie celkového chlóru, ACCUVAC, DPD

Kat. číslo produktu: **2503025**

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Ampulky obsahujú presné množstvo reagencie na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie celkového chlóru, 0,02 – 2,00 mg/l Cl_2, brómu, 0,05 – 4,50 mg/l Br_2 a jódu, 0,07 – 7,00 mg/l I_2.

Rychlé
Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné
Není nutné měřit vzorky ani reagencie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost
Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagencie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.
Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagencií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metódy:	8167 – chlór
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, celkový
	Bróm
	Jód
Platforma:	Accuvac
Počet testov:	25
Prístroj:	Celkom
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Rozsah merania (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br_2
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	25 /pk