

súprava reagencií na stanovenie ultranízkeho rozsahu kremíka pomocou metódy Rapid Liquid Reagenčná súprava na stanovenie kremíka, metóda Rapid Liquid, 3 - 1 000 µg/l SiO2

Kat. číslo produkta: **2678500**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Na stanovenie kremíka v ultranízkom rozsahu, metóda heteropolymérna modrá, rýchly test s roztokmi. Metódy Rapid Liquid (rýchle testy s roztokmi) ponúkajú hospodárny spôsob analýzy viacerých vzoriek.

Na stanovenie kremíka v ultranízkom rozsahu, metóda heteropolymérna modrá™, rýchly test s roztokmi. Metóda Hach 8282. Rozsah: 3 - 1 000 µg/l súprava obsahuje: reagenčný roztok Molybdate 3, reagenčný roztok Citric Acid F, rozpúšťadlo na riedenie reagencie Amino Acid a práškové činidlo Amino Acid F približne na 250 stanovení. Vyžaduje sa prietoková kyveta.

Pohodlie
Metódy Rapid Liquid využívajú tekuté reagencie, fľašové dávkovače a prietokové kyvety na zjednodušenie testovania.

Výkon
Keďže prietoková kyveta tvorí statický optický systém, metódy Rapid Liquid obvykle ponúkajú vyššiu presnosť než metódy vyžadujúce vyberanie a vkladanie kyviet do prístroja.

Účinnosť
Metódy Rapid Liquid sú ideálnym riešením pre testovanie veľkého množstva vzoriek.

Technické údaje

Číslo metódy:	8282
Názov metódy:	heteropolymérna modrá
Parameter:	Kremík
Platforma:	Roztok
Počet testov:	250
Prístroj:	Všetky okrem DR/4000, DR/800, vreckový kolorimeter II
Rozsah merania:	50 mL
Špeciálne funkcie:	LR, 250 tests