



Roztok pufru, síranový typ, 500 mL

Kat. číslo produktu:

45249

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Pro stanovení detergentů (laboratorní test síranového typu, pH $2,0 \pm 0,1$ po ředění 1:30), 0,002 - 0,275 mg/L LAS, a selenu, 0,01 - 1,00 mg/L Se.

Technické údaje

Platforma:	Roztok
Počet testov:	50
Veľkosť balenia:	500 mL