

HQ14D Súprava digitálneho merača vodivosti, vodiv. kyveta, štd., kábel 1 m

Kat. číslo produkta: **HQ14D.99.201000**

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Digitální elektrochemie s řadou HQD

Prenosný merač vodivosti. Základný prístroj so štandardnou vodivostnou kyvetou, dĺžka kábla 1 m.

Kombinácia digitálneho merača a elektródy poskytuje spoľahlivosť, flexibilitu a jednoduchú obsluhu. Navzájom zameniteľné elektródy INTELLICAL sú automaticky rozpoznané prístrojom a ukladajú všetky relevantné údaje. Masívne, takmer nezničiteľné exteriérové verzie s viacerými dĺžkami káblov umožňujú merania aj na predtým neprístupných miestach.

Replaced by NEW HQ Series.

Výnimočná spoľahlivosť a jednoduchá manipulácia

Všestranné elektródy pre všetky aplikácie, napr. odpadová voda, pitná voda, procesná voda

Spoľahlivé výsledky z neprístupných miest merania a na dlhé vzdialenosti

Komplexné riadenie dát GLP

Competent support through innovative technology and comprehensive applications know-how

---

Technické údaje

Certifikáty:	Značka CE
Displej: LCD (podsvietený):	Detailed mode/Large mode
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Export dát:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Funkce SLP:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Funkcia zámku displeja:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Hmotnosť:	0.323 kg bez batérií
ID výsledku:	Časová značka, ID používateľa, ID vzorky atď.
Jazyk užívateľského rozhrania:	anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, dánsky, poľský, portugalský, turecký, fínsky, český, ruský.
Je sonda súčasťou?:	CDC40101
Kalibrácia CDC elektródy:	v móloch na decimeter kubický (1 D / 0,1 D / 0,01 D);

	v móloch na liter (0,1 M / 0,01 M / 0,001 M);
	NaCl (0,05 %; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm);
	štandardná morská voda;
	definovaná používateľom
Kalibračný interval/upozornenie/ pripomienka:	Vypnuto, volitelné od 2 hodin do 7 dnů
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledkov
Konstrukce:	No
Meranie konduktivity:	0.01 µS/cm - 200.0 mS/cm
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	5 rôznych režimov stability
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.
Meranie rezistivity:	2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Meranie salinity:	0 - 42 (ppt) (‰)
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 - 50,0 mg/L
Meranie teploty:	°C or °F
Metóda merania:	Probe specific programmed method settings
Model:	HQ14D – EC/1 Channel
Napájení a USB konektor:	Optional
Obsah balenia:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable;
	Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.
Obsahuje:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable;
	Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.
Parameter:	Conductivity/Total Dissolved Solid (TDS)/Salinity/Resistivity
Parameters:	Conductivity
	NA
	NA
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	90 % (nekondenzujúca)
Prevádzkové chybové hlásenia:	Plnotextové hlásenia
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Prístroj:	Portable
Rozlišení:	± 0,5 % v rozsahu (1µS/cm – 200 mS/cm)
Rozlíšenie konduktivity:	5 číslic s 2 číslicami za desatinnou čiarkou
Rozlíšenie salinity:	0.01 (ppt) (‰)
Rozlišenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Sada?:	Áno
Sensor A:	CDC40101 (1 m)
Sensors:	Sensor A: CDC40101

	Sensor B: NA
	Sensor C:
Software pre prenos dát do PC:	Software na prenos údajv z HQd
Správnosť konduktivity:	± 0.5 % v rozsahu (1µS/cm – 200 mS/cm)
Správnosť teploty:	± 0.3 °C
Tlačiareň:	Ako voliteľné príslušenstvo
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	240 x 160 pixel LCD s podsvietením
Typ elektrody:	Intellical Digital SMART Standard Laboratory or Rugged Field
Type of measurement:	Field Measurements
Ukladanie dát:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Ukladanie dát/pamäť:	500 records/FIFO
Užívateľské kalibračné štandardy:	Používateľom definované štandardy sú možné
Vstupy:	1
Záruka:	36 mesiacov

Obsah balenia

Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable; Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.