Náplň pro digitální titrátor, thiosulfát sodný, 2,00 N

Kat. číslo produkta: **1440101**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Nebezpečné

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou a titrací digitálním titrátorem. 2,0 N. Číslice x 0,1 = mg/L rozpuštěný kyslík ve vzorku 200 mL. Číslice x 0,00025 = meq.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete
Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní
Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální
K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické
Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metódy:	8209
Názov metódy:	Modifikace azidem Winklerovy metody
Odmerný roztok:	2,00 N $Na_2S_2O_3$
Parameter:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Digitálny titrátor
Počet testov:	40 - 100
Rozsah merania:	2 000 - 70 000 mg/L Cl_2
Rozsah merania (2):	10 - 100 mg/L rozpuštěný kyslík