

Sada reagencií, chlor (celkový), velmi nízký rozsah, DPD

Kat. číslo produkta: **2563000**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Pro stanovení velmi nízkých koncentrací celkového chloru metodou DPD. Metoda Hach 8370. Přijato organizací USEPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro analýzy pitné vody a odpadní vody. Rozsah: 2 - 500 µg/L Cl2. Reagencie jsou baleny v ampulích pro zachování stability. Sada reagencií obsahuje roztok pufru pro chlor, velmi nízký rozsah (ampule 1,5 mL), DPD roztok indikátoru pro chlor, velmi nízký rozsah (ampule 1,5 mL), a reagencie, slepý test, pro 20 testů.

Technické údaje

Číslo metódy:	8370
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlor
Počet testov:	20
Prístroj:	Vše s výjimkou DR 900, PC II
Rozsah merania:	2 - 500 µg/L Cl_2
Soulad s EPA:	Áno
Špeciálne funkcie:	ULR DPD