



Sada reagensií, oxid chloričitý, ampule DPD glycin Accuvac

Kat. číslo produktu:

2771000

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 2770900

Pro stanovení oxidu chloričitého metodou DPD glycin, s použitím ampulí Accuvac. Přijato organizací USEPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro hlášení pro analýzy pitné vody pomocí metody Hach 10126. Rozsah: 0,04 - 5,00 mg/L ClO₂. Sada reagensií obsahuje ampule DPD volný chlor Accuvac a glycin, reagentie, pro 25 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	10126
Názov metody:	DPD
Parameter:	Oxid chloričitý
Počet testov:	25
Prístroj:	Vše
Rozsah merania:	0,04 - 5,00 mg/L ClO ₂
Soulad s EPA:	Áno