25 µS/cm certifikovaný referenčný materiál CRM štandardného roztoku konduktivity, NaCl, objem 250 mL

Kat. číslo produkta: **S51M013**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Certifikovaný referenčný materiál CRM podľa normy EN ISO 17034

Certifikovaný referenčný materiál CRM štandardného roztoku konduktivity podľa normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s analytickým certifikátom* informuje o presnej hodnote konduktivity. Zaručená doba použiteľnosti vďaka vzduchotesnému hliníkovému obalu. Chlorid sodný (NaCl), konduktivita: 25,0 µS/cm ±5 % (k = 2) pri 25 °C, sklenená fľaša s objemom 250 mL.

* K dispozícii na stiahnutie na stránke www.hach.com/CoA.

Akreditovaný výrobca referenčných materiálov
Spoločnosť Hach je akreditovaná nemeckým akreditačným úradom DAkkS ako registrovaný výrobca referenčných materiálov podľa normy DIN EN ISO 17034:2017. Kalibračné laboratórium spoločnosti Hach so sídlom v Berlíne je registrované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Plne sledovateľné štandardy
Používanie štandardov vyrobených akreditovaným výrobcom referenčných materiálov zabezpečuje istotu v reťazci sledovateľnosti a vypočítaných neistôt.

Zaručená doba použiteľnosti 1 rok
Každý štandard sa dodáva v sklenenej fľaši, ktorá zaisťuje bezpečné skladovanie.

Až do prvého otvorenia je certifikovaná hodnota garantovaná 1 rok od dátumu vydania certifikátu.

Stiahnutie certifikátu
Certifikát analýzy každého štandardu je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Hach.

Osvedčená sledovateľnosť
Certifikát o zhode a sledovateľnosti každého štandardu je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Hach. Používanie štandardov vyrobených akreditovaným laboratóriom zabezpečuje istotu v reťazci sledovateľnosti a vypočítaných neistôt.

Technické údaje

Koncentrácia:	25,0 µS/cm ±5,0 % pri 25 °C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Názov metódy:	Štandardný roztok overený laboratóriom pre analýzu referenčných materiálov
Package settings:	Fľaša
Parameter:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 – 25 °C (chráňte pred svetlom)

Popis:	Kalibračný roztok konduktivity
Veľkosť balenia:	250 mL
Vzorec:	NaCl