

# Sada pro stanovení celkového chloru, model CN-DT, 20-2 000 mg/L.

**Kat. číslo produkta:** **2471100**

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Chlor je nejčastěji používaný dezinfekční prostředek pro pitnou vodu a je rovněž důležitý pro dezinfekci bazénů, vod chladicích věží, průmyslového vybavení a v čištění komunálních odpadních vod. Měření a kontrola jsou nezbytné z bezpečnostních i ekonomických důvodů. Sada využívá digitální titrátor Hach a obsahuje 100 stanovení.

**Digitální titrátor Hach nabízí vyšší úrovně přesnosti než kapkové titrace s reprodukovatelností srovnatelnou s titrací byretou**

**Odolné titrační zařízení je ideální pro použití v terénu, nevyžaduje skleněné byrety**

**Sada obsahuje všechny potřebné reagencie a přístroje pro provedení analýzy v terénu**

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Model testovacej súpravy: | CN-DT |
| Názov metódy: | Digitální titrátor/thiosíran |
| Parameter: | Chlor, střední a vysoký rozsah – jako celkový $CL_2$ |
| Platforma: | Digitálny titrátor |
| Počet testov: | 100 |
| Poznámka: | *mg/L pokud není uvedeno jinak; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/L nebo 17,1 ppm. 1 Metoda uznaná EPA pro odpadní vodu. Prověřte u vašeho kontrolního úřadu. |
| Prepravná hmotnosť: | 4 |
| Rozsah merania: | 20 - 2 000 mg/L $Cl_2$ |
| Smallest increment: | 0,2 - 5,0 |
| Štýl kufríka: | F |