



PAN, roztok indikátoru, 0,3 % (100 mL MDB)

Kat. číslo produktu:

2150232

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení nízkých koncentrací niklu a kobaltu metodou PAN. Metoda Hach 8078. 100 mL lahev.

Technické údaje

Názov metódy:	PAN
Platforma:	Roztok
Počet testov:	50 - 100
Popis:	PAN, indikátor, 0,3 %, 100 mL
Veľkosť balenia:	100