

súprava pre validáciu pipiet

Kat. číslo produkta:	**LCA722**
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Na kontrolu presnosti pipiet v rámci zabezpečenia analytickej kvality (AQA).

Chyby v pipetovaných objemoch sú často spôsobené nesprávne nastavenou pipetou. K takýmto chybám môže dochádzať po dlhodobom používaní, v prípade vyvinutia nadmernej sily pri používaní pipety, v dôsledku mechanického namáhania alebo nesprávnej manipulácie. Pravidelné kontroly pomocou sady na overenie správnosti pipiet umožňujú včasnú detekciu prípadných problémov.

Technické údaje

Názov metódy:	Odfarbenie
Parameter:	súprava na overenie správnosti pipiet
Platforma:	LCA
Počet testov:	5
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C
Popis:	súprava na overenie správnosti pipiet
Špeciálna poznámka:	Dodávaný farebný roztok s presne známym zložením sa rozriedi testovaným objemom z pipety. Výsledná absorbancia je úmerná odchýlke od správneho objemu. Týmto spôsobom je možné včas detegovať chyby pipetovania väčšie než 2 %.