



Standard pro kontrolu kvality, kovy v pitné vodě, vysoký rozsah, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2833649
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Připraven k použití - není nutné ředění. Směsný standard obsahuje: měď: 2,5 mg/L Cu, železo: 1,5 mg/L Fe, mangan: 5 mg/L Mn. 500 mL, láhev

Technické údaje

Koncentrácia:	Copper 2,5 mg/L Cu
Platforma:	Roztok
Popis:	Kovy v pitné vodě (vysoký rozsah), směsný standard pro kontrolu kvality